Kontrollprotokoll HemoCue HbA1c 501

Avdelning / mottagning: …….

Kontrollot / utgångsdatum: ……...… Instrument serienr: ……

År:	MV (x̄)	±	Avvikelse från MV i mmol/mol													Kommentar	
……	……	….....	(-)												(+)	(kuvettlot,	
Datum::	Erhållet värde:		6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	rengöring, mm):	Sign

Protokollet gäller för HemoCue HbA1c 501 vid användning av HemoTrol CueSee nivå 1 –3. Kontrollens åsatta värde (börvärde) är medelvärdet, x, av upprepade analyser på fabrikskalibrerade HemoCue HbA1c system. Erhållet resultat skall ligga inom kontrollens angivna gränser. Vanligtvis erhålls en mindre dag till dag variation men på grund av matriseffekt kan resultatet ändras inom gränserna om instrument, kuvettlot eller kontrollot ersätts. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig säljare från HemoCue AB eller besök vår hemsida hemocue.se

NSM0833SE-10 200220

HEMOCUE®