Kontrollprotokoll HemoCue Glucose 201 / 201^{+} / 201 RT

Avdelning / mottagning: …………………………….

Kontrollot / utgångsdatum: ……………………..…   Instrument serienr: ……………………

År:	MV ($\bar{x}$)	±	Avvikelse från MV i mmol/L													Kommentar	
………	………	………	(-)												(+)	(kuvettlot,	
Datum::	Erhållet värde:		1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	rengöring, mm):	Sign

Protokollet gäller för HemoCue Glucose 201 / 201^{+} / 201 RT vid användning av GlucoTrol-NG nivå 1 – nivå 3. Kontrollens åsatta värde (börvärde) är medelvärdet, $\bar{x}$, av upprepade analyser på fabrikskalibrerade HemoCue Glucose system. Erhållet resultat skall ligga inom kontrollens angivna gränser. Vanligtvis erhålls en mindre dag till dag variation men på grund av matriseffekt kan resultatet ändras inom gränserna om instrument, kuvettlot eller kontrollot ersätts. Protokoll finns även tillgängligt för högre kontrollnivåer. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig säljare från HemoCue AB eller besök vår hemsida hemocue.com.

NSM083SE-3 130702

HEMOCUE®